

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชื่อรายการ เครื่องทดสอบความผิดปกติของสายตา
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
จำนวน 1 หน่วยนับ เครื่อง

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1.ความต้องการ เครื่องทดสอบความผิดปกติของสายตา

2.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับให้บริการด้านจักษุวิทยา

3.คุณลักษณะเฉพาะ

- 3.1 เป็นเครื่องทดสอบความผิดปกติของสายตา มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
- 3.2 ระยะการติดตั้งระหว่าง 2.5 ถึง 6 เมตร หรือดีกว่า
- 3.3 มีการแสดงรูปแบบของ Chart แบบ Cortical vision letter, Single letter, Horizontal line, Vertical line ✓
- 3.4 สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้วยรีโมทคอนโทรล
- 3.5 สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้
- 3.6 มีค่า Contrast ที่ 74% or greater ✓
- 3.7 มีโหมดการทดสอบแบบ ETDRS ✓
- 3.8 มีโหมดการทดสอบการมองเห็นในเวลากลางคืน ✓
- 3.9 มีระบบปิดหน้าจออัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- 3.10 ใช้กับไฟฟ้า 100 ถึง 240 โวลต์ 50 ถึง 60 เฮิร์ตซ์

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 4.1 รีโมทคอนโทรล จำนวน 1 อัน / เครื่อง ✓
- 4.2 ขาตั้ง (Stand) จำนวน 1 อัน / เครื่อง ✓
- 4.3 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด / เครื่อง ✓

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 เป็นสินค้าใหม่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 5.2 รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับ
- 5.3 ระหว่างอยู่ในระยะประกัน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้าครบ หากสินค้ามีการขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ยื่นข้อเสนอทำการซ่อมแซมแล้วถึง 2 ครั้ง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำสินค้าตัวใหม่มาทดแทน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 5.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการสอนการใช้งานเครื่องและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่จนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานจนคล่อง
- 5.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดเวลาการรับประกัน
- 5.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการสนับสนุนอะไหล่สำรองจากผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 5.7 กำหนดส่งมอบสินค้า ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาหรือได้รับใบสั่งซื้อ

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

.....

(แพทย์หญิงวิศรีภรณ์ วรเกรียงไกร)

แพทย์



บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
AFTA SERVICE AND SUPPLY CO.,LTD.

ที่ AQ 1107/2024

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ตำบลดสาหลา อำเภอฟุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

เรื่อง เสนอราคาเครื่องมือแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ในฐานะตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ มีความยินดี
ขอเสนอเครื่องมือแพทย์มาให้ท่านพิจารณา ดังรายการต่อไปนี้

	จำนวน	ราคา@	ราคาสินค้า
1. เครื่องทดสอบความผิดปกติของสายตา	1 เครื่อง	178,000.00	<u>178,000.00</u>
ตำบลดสาหลา อำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม			
		ราคาสินค้า	166,355.14
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	<u>11,644.86</u>
		ราคารวมทั้งสิ้น	<u>178,000.00</u>

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ : 1.ราคาสินค้าเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

2. ผลิตภัณฑ์ของ NIDEK CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น รุ่น SC-1600

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากท่าน หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อผู้แทนหรือติดต่อโดยตรงได้ที่ บริษัทฯ โทรศัพท์ 0-2880-7661-4 โทรสาร 0-2424-0318, 0-2880-7379

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

กำหนดชำระเงิน - วัน
กำหนดยื่นราคา 30 วัน
กำหนดส่งมอบสินค้า 180 วัน
รับประกันคุณภาพ 2 ปี
ผู้เสนอราคา นพพล (โทร.081-932-8041)
ผู้จัดการฝ่ายขาย สุขญา (โทร.081-987-9915)
ผู้พิมพ์ N1207

(นายสมศักดิ์ วิภาวสมบัติ)

ผู้มีอำนาจเสนอราคา

รับรองสำเนาถูกต้อง
กชพิชญ์



บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
AFTA SERVICE AND SUPPLY CO.,LTD.

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

เครื่องทดสอบความผิดปกติของสายตา

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องทดสอบความผิดปกติของสายตาแบบจอ LCD

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ระยะการติดตั้งที่ 2.5 – 6 เมตร
- 2.2 มีไฟเตอร์กรองแสงสีแดงและสีเขียว
- 2.3 มีการแสดงรูปแบบของ Chart แบบ Cortical vision letter , single letter, horizontal line, vertical line
- 2.4 สามารถควบคุมการเปลี่ยนรูปแบบด้วย รีโมทคอนโทรล
- 2.5 สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้ (Brightness 80 – 320 cd/m2)
- 2.6 Contrast ที่ 74% or greater
- 2.7 มีโหมดการทดสอบแบบ ETDRS
- 2.8 มีโหมดการทดสอบการมองเห็นในเวลากลางคืน Night Vision Test
- 2.9 มีหน้าจอ LCD ขนาด 17 นิ้ว ความละเอียด 1280 x 1024 pixels
- 2.10 มีหน่วยความจำชนิด SD memory card/Built-in card slot
- 2.11 มีระบบปิดหน้าจออัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน ที่ 15 หรือ 5 นาที
- 2.12 ใช้ไฟ AC 100V-240V 50/60 Hz

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 3.1 รีโมทคอนโทรล | จำนวน 1 อัน |
| 3.2 Stand (ขาตั้ง) | จำนวน 1 อัน |
| 3.3 คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ | จำนวน 1 ชุด |

4. รับประกันคุณภาพ 2 ปี

5. เป็นผลิตภัณฑ์ของ NIDEK CO.,LTD ประเทศญี่ปุ่น รุ่น SC-1600

รับรองสำเนาถูกต้อง
[Signature]

